

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NMST 27141.11 / 2020

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 365.

PÁGINA: 01/02

INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE

CONTRATANTE: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.
ENDEREÇO: RUA DA MOOCA, 1772 - MOOCA SAO PAULO - SP

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.

DADOS DA CALIBRAÇÃO

LOCAL DA CALIBRAÇÃO: NMST LABORATÓRIO
PROTOCOLO: 27141/2020
INSTRUMENTO CALBRADO: CALIBRADOR ANEL LISO CILÍNDRICO
MODELO / CÓDIGO: NÃO CONSTA
VALOR NOMINAL: \varnothing 125 mm
FABRICANTE: BAKER
ITEM: 11
TIPO: PASSA
SÉRIE: 8649
N° IDENTIFICAÇÃO: APL-30

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:	TEMPERATURA:	INICIAL:	20,3 °C	FINAL:	20,4 °C
	UMIDADE:	INICIAL:	51 % UR	FINAL:	51 % UR

PADRÕES UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DATA CALIBRAÇÃO	NUMERO CERTIFICADO	LABORATORIO	VALIDADE
NMST-206	MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL	27/11/2019	NMST9-5000	CAL-0365	novembro-21
NMST-383	ANEL LISO CILÍNDRICO	05/out/2020	D8781-20	CAL-0133	30/out/2021

PROCEDIMENTO DA CALIBRAÇÃO

O instrumento foi calibrado por comparação à padrões de referência, sendo expressa a média das três leituras realizadas nas posições indicadas abaixo, segundo descrito na instrução de trabalho NMST-DM-19 revisão 3

NOTAS

- 1 - Desvio = Valor do padrão - Valor Nominal.
- 2 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição normal (k=2) ou para uma distribuição t (k>2), vide valores de k e Veff - graus de liberdades efetivos, no campo "Resultados", corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização.

" ANTES DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO / EQUIPAMENTO VERIFICAR O RESULTADO (CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO / CONFORMIDADE) CONTIDO NA TABELA DE VALORES, SE ATENDE O SEU CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/ UTILIZAÇÃO".

TABELA DE VALORES

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO EM EXPRESSOS EM (mm)

PONTOS DE CALIBRAÇÃO

VALOR NOMINAL DO ANEL	VALOR REAL DO ANEL (MÉDIA DE TRÊS MEDIÇÕES)	DESVIO DE INDICAÇÃO	POSIÇÃO DA CALIBRAÇÃO
125,000	125,0017	0,0017	SENTIDO E LADO DAS MARCAÇÕES
125,000	125,0018	0,0018	SENTIDO DAS MARCAÇÕES E LADO OPOSTO
125,000	125,0020	0,0020	LADO DAS MARCAÇÕES INCLINADO A 90° DAS MARCAÇÕES
125,000	125,0019	0,0019	LADO OPOSTO AS MARCAÇÕES INCLINADO À 90° DAS MARCAÇÕES
VALOR MÉDIO	125,0019		

INCERTEZA EXPANDIDA DE MEDIÇÃO =	0,0047 mm	K =	2,00	Veff =	Infinito
---	------------------	------------	-------------	---------------	-----------------

DATA DE CALIBRAÇÃO: 22/12/2020

DATA DE EMISSÃO: 22/dez/2020

OBSERVAÇÕES:

- 1- Não aplicável para este instrumento


Wellington F. Cortese
Signatário Autorizado