

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**      **NMST 27141.04 / 2020**

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 365.

PÁGINA: 01/02

**INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE**

CONTRATANTE: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA DA MOOCA, 1772 - MOOCA SAO PAULO - SP

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

CLIENTE: DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.

**DADOS DA CALIBRAÇÃO**

LOCAL DA CALIBRAÇÃO:	NMST LABORATÓRIO	ITEM:	4
PROTOCOLO:	27141/2020	TIPO:	PASSA
INSTRUMENTO CALIBRADO:	<b>CALIBRADOR ANEL LISO CILÍNDRICO</b>	SÉRIE:	NÃO CONSTA
MODELO / CÓDIGO:	NÃO CONSTA	N° IDENTIFICAÇÃO:	<b>APL-37</b>
VALOR NOMINAL:	∅ 70,007 mm		
FABRICANTE:	NÃO CONSTA		

<b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS:</b>	<b>TEMPERATURA:</b>	<b>INICIAL:</b>	20,2 °C	<b>FINAL:</b>	20,3 °C
	<b>UMIDADE:</b>	<b>INICIAL:</b>	51 % UR	<b>FINAL:</b>	51 % UR

**PADRÕES UTILIZADOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	DATA CALIBRAÇÃO	NUMERO CERTIFICADO	LABORATORIO	VALIDADE
NMST-220	MÁQUINA UNIVERSAL	09/dez/2020	D10815-20	CAL-0133	30/dez/2021
NMST-383	ANEL LISO CILÍNDRICO	05/out/2020	D8781-20	CAL-0133	30/out/2021

**PROCEDIMENTO DA CALIBRAÇÃO**

O instrumento foi calibrado por comparação à padrões de referência, sendo expressa a média das três leituras realizadas nas posições indicadas abaixo, segundo descrito na instrução de trabalho NMST-DM-19 revisão 3

**NOTAS**

- 1 - Desvio = Valor do padrão - Valor Nominal.
- 2 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição normal (k=2) ou para uma distribuição t (k>2), vide valores de k e Veff - graus de liberdades efetivos, no campo "Resultados", corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização.

**" ANTES DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO / EQUIPAMENTO VERIFICAR O RESULTADO (CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO / CONFORMIDADE) CONTIDO NA TABELA DE VALORES, SE ATENDE O SEU CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/ UTILIZAÇÃO".**

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 365.

PÁGINA: 02/02

**TABELA DE VALORES**

**RESULTADO DA CALIBRAÇÃO EM EXPRESSOS EM (mm)**

PONTOS DE CALIBRAÇÃO

VALOR NOMINAL DO ANEL	VALOR REAL DO ANEL (MÉDIA DE TRÊS MEDIÇÕES)	DESVIO DE INDICAÇÃO	POSIÇÃO DA CALIBRAÇÃO
70,007	70,0121	0,0051	SENTIDO E LADO DAS MARCAÇÕES
70,007	70,0121	0,0051	SENTIDO DAS MARCAÇÕES E LADO OPOSTO
70,007	70,0129	0,0059	LADO DAS MARCAÇÕES INCLINADO A 90° DAS MARCAÇÕES
70,007	70,0129	0,0059	LADO OPOSTO AS MARCAÇÕES INCLINADO À 90° DAS MARCAÇÕES
<b>VALOR MÉDIO</b>	<b>70,0125</b>		

<b>INCERTEZA EXPANDIDA DE MEDIÇÃO =</b>	<b>0,0016 mm</b>	<b>K = 2,00</b>	<b>Veff = Infinito</b>
---	------------------	-----------------	------------------------

DATA DE CALIBRAÇÃO: 22/12/2020

DATA DE EMISSÃO: 22/dez/2020

**OBSERVAÇÕES:**

- 1- Não aplicável para este instrumento

  
Wellington F. Cortese  
Signatário Autorizado